# Vector® cleaner
# Letkujärjestelmien erikoispuhdistusaine




Vector® cleaner on erikoispuhdistusaine happoliukoisten epäpuhtauksien poistoon Dürr Dentalin Vector® Paro/Vector®-letkujärjestelmistä ja -käsikappaleista. Vector® cleaner -erikoispuhdistusaineen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat voimakas puhdistusteho ja erinomainen yhteensopivuus materiaalien kanssa.

**Vector® cleaner sisältää:** epäorgaanisia happoja (5–15 %), tensidejä (< 1 %) ja apuaineita vesiliuoksessa.

**Käyttö:** Vector® Paro/Vector® puhdistetaan Vector® Paro/Vector® käyttöohjeessa kuvattujen menetelmien mukaan. Laite puhdistetaan 50 käyttötunnin tai 4 viikon välein. Vector® cleaner -erikoispuhdistusainetta käytetään laimentamattomana. Täytä noin 500 ml/50 ml Vector® cleaner -erikoispuhdistusainetta Vector®-laitteen vesisäiliöön ja suorita puhdistus Vector® Paro/Vector®-laitteen käyttöohjeen mukaan. Anna puhdistusaineen vaikuttaa 10 minuuttia ja enintään 60 minuuttia. Huuhtele lopuksi letkut ja käsikappale huolellisesti vedellä Vector® Paro/Vector®-laitteen käyttöohjeen mukaan.

Varoitus. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojakäsineitä/ silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

Dürr Dental AG
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerr.de

2015-10

DÜRR DENTAL