Übergabeprotokoll Hygopac

Dieses Protokoll bestätigt die qualifizierte Übergabe und Einweisung in das Folienversiegelungsgerät „Hygopac “und ist somit Bestandteil der Abnahmebeurteilung.
Es wird empfohlen, dies durch einen entsprechend qualifizierten Berater des Fachhandels durchführen zu lassen, welcher Sie auf die Besonderheiten des Systems aufmerksam machen kann.
Füllen Sie bitte nachfolgendes Dokument aus und senden das Original an Dürr Dental zurück.

Seriennummer Hygopac: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ Auspacken des Gerätes mit Prüfung auf Beschädigungen und vollständigen Inhalt
☐ Montage und Aufstellung des Gerätes
☐ Einweisung in die Bedienung des Gerätes
☐ Einstellen der Siegeltemperatur nach der Montage-und Gebrauchsanweisung
☐ Funktionsprüfung z. B. mit Hygopac Sealcheck/Hygofol und Sichtkontrolle der Siegelnaht
☐ Erläuterung des täglichen/jährlichen Validierungsprozesses (Funktionsbeurteilung/ Leistungsbeurteilung)
☐ Bitte Angaben auf dem Protokoll vollständig ergänzen. Original an Dürr Dental, 1. Kopie an Fachhandel, 2. Kopie bleibt beim Anwender

Praxis-Stempel

Depot-Stempel

Ich bestätige die Übergabe gemäss obiger Angaben.

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Anwender in DRUCKBUCHSTABEN

Datum / Unterschrift Anwender

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Weitere Anwender in DRUCKBUCHSTABEN

Datum / Unterschrift Anwender

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Weitere Anwender in DRUCKBUCHSTABEN

Datum / Unterschrift weitere Anwender

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Name Fachberater in DRUCKBUCHSTABEN

Datum / Unterschrift Fachberater

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

DÜRR DENTAL

Original an Dürr Dental, 1. Kopie an den Fachhandel, 2. Kopie bleibt beim Anwender

P007100042101/DD-dd.de/1/01/104 Technische Änderungen vorbehalten